

L.dz: 334/12/2020/ZP

Zagórze, dnia 07.12.2020r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, nr spr. 20/2020/KO

1. Pytanie: Ile licencji AMMMS Udzielający zamówienie potrzebuje?

Odp.: Zamawiający posiada wystarczającą liczbę licencji, chyba że wykonawca przewiduje inny model wymiany danych niż szyna integracyjna. W takim przypadku pytanie jest niedoprecyzowane.

2. Pytanie: Czy we wszystkich wskazanych przez Udzielającego zamówienie ma być połączenie HL7:

- Zagórze, 05-482 Wiązowna
- Otwock, ul. Kochanowskiego 25/27
- Józefów u.; 3 Maja 127
- Warszawa, ul. Sobieskiego 93
- Warszawa, ul. Koszykowa
- Warszawa, ul. Dzielna

Odp.: Struktura wymiany u Zamawiającego jest jednowęzłowa. Natomiast protokół HL7 jest standardem komunikacji, a nie rodzajem połączenia.

Prezes Zarządu
Michał Bielmański

